

Hamburgische Krankenhausgesellschaft e.V.,  
Kassenärztliche Vereinigung Hamburg  
Kassenzahnärztliche Vereinigung Hamburg  
Landesverbände der Krankenkassen und der Ersatzkassen

EQS-Hamburg, Burchardstraße 19, 20095 Hamburg

An die  
Direktoren der Hamburger Krankenhäuser

EQS-Hamburg  
Landesgeschäftsstelle Qualitätssicherung  
Burchardstraße 19, 20095 Hamburg  
Telefon: (040) 604 43 60 - 0  
Telefax: (040) 604 43 60 - 29  
E-Mail: [qsdialog@eqs.de](mailto:qsdialog@eqs.de)  
Internet: <http://www.eqs.de>

ho/ns  
25. Februar 20254

### Fehler in der Spezifikation des QS-Verfahrens HSMDEF

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir wurden vom IQTIG darüber informiert, dass die Spezifikation des QS-Verfahrens HSMDEF einen Fehler in der Plausibilitätsregel der Datenfelder „Reizschwelle“, „Reizschwelle nicht gemessen“, „R-Amplitude“ und „R-Amplitude nicht gemessen“ im Abschnitt „Rechtsventrikuläre Sonde“ enthält.

Aufgrund des vorliegenden Fehlers können diese Datenfelder nicht mehr in allen Fällen wie bisher ausgefüllt werden.

Für das *laufende EJ 2025* ist eine Korrektur des Fehlers über ein unterjähriges Update der Spezifikation nicht vorgesehen, da dies eine Nachdokumentation der bereits in 2025 dokumentierten Fälle zur Folge hätte. **Eine rückwirkende Überarbeitung** bereits abgeschlossener Datensätze ist somit **nicht nötig**. Zusätzlich wird das IQTIG mit den endgültigen Rechenregeln zum Auswertungsjahr 2026 empfehlen, den Referenzbereich des betreffenden Qualitätsindikators "Akzeptable Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen" (ID 52316) aus dem Auswertungsmodul DEFI-IMPL für das EJ 2025 auszusetzen.

Das offizielle Informationsschreiben des IQTIGs ist als Anlage beigefügt.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ralf Hohnhold  
Leiter der Landesgeschäftsstelle

**Anlage**